



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Spinčićeva 1, HR-21000 Split
IBAN: HR0223900011101060027
SWIFT/BIC code: HPBZHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d.
OIB: 70044517580

www.zhmsdz.hr e-mail: pisarnica@zhmsdz.hr
Centrala: T 021/540-914
Ravnatelj: T 021/540-909 F 021/540-910
Gl. tehničar: T 021/540-913 F 021/682-326
Nabava: T 021/540-917

Pravni i kadr.pos.: T 021/540-906 F 021/682-337
Ekon.-financ. poslovi: T 021/540-911, 540-905
Unutarinja revizija: T 021/540-904
SP: T 021/682-030 F 021/682-327
MPDJ: T 194 T 021/389-566

Ravnatelj

Klasa: 406-07/26-01/24

Ur. broj: 2181-148-01-26-04

Split, 27. travnja 2026. god.

SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA KOJI SU PREUZELI POZIV NA DOSTAVU PONUDA (Medicinski uređaji, Uređaj za mehaničku reanimaciju)

PREDMET: Objašnjenje i ispravak Poziva na dostavu ponuda/Tehnička specifikacija predmeta nabave u postupku jednostavne nabave Medicinski uređaji, Uređaj za mehaničku reanimaciju, Evidencijski broj: OJN-26-54.

Objašnjenje i ispravak Poziva na dostavu ponuda:

1. **Upit gospodarskog subjekta:**

Stavka 8

Vakumska kapa koja osigurava povrat prsišta na početni položaj u fazi dekompresije ili višekratni kompresijski nastavak koji se mijenja po potrebi, pri čemu uređaj ne zahtijeva potrošni materijal.

Odgovor:

Naručitelj ne prihvaća navedenu izmjenu iz razloga jer se vakumska kapa kao „zlatni standard“ hitnoće traži iz razloga kako bi se osiguralo AKTIVNO vraćanje prsišta na početni položaj što poboljšava hemodinamiku tijekom reanimacije, dok se kod višekratnog kompresijskog nastavka prsa vraćaju u početni položaj isključivo zahvaljujući vlastitoj elastičnosti, što kod starijih pacijenata nije dovoljno, stoga Naručitelj neće mijenjati stavku RB.8 Tehničke specifikaciju predmeta nabave.

2. **Upit gospodarskog subjekta:**

Stavka 10

Tvrđi polikarbonski čvrsti kofer u obliku ruksaka s min. dva otvora za kontrolu stanja punjive baterije, te za paljenje i gašenje uređaja u zatvorenom koferu, na poledini kofera otvor za punjenje aparata u zatvorenom koferu ili tvrda torba/ruksak s minimalno dva otvora za kontrolu punjive baterije, s otvorom za punjenje aparata u zatvorenoj torbi/ruksaku.


Odgovor:

Naručitelj mijenja stavku RB. 10 Tehničke specifikacije predmeta nabave.

S ciljem izbjegavanja nedoumica tekst ove stavke tehničke specifikacija mijenja se na način da sada glasi:
„Tvrđi polikarbonski čvrsti kofer u obliku ruksaka s min. dva otvora za kontrolu stanja punjive baterije, te za paljenje i gašenje uređaja u zatvorenom koferu, na poledini kofera otvor za punjenje aparata u zatvorenom koferu ili tvrda torba/ruksak s minimalno dva otvora za kontrolu punjive baterije, s otvorom za punjenje aparata u zatvorenoj torbi/ruksaku.“

Sukladno navedenim izmjenama Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2026. g. u 9:00 sati.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka:

Antonia Begonja, dipl.occ. 

Robert Radan, mag.med.techn. 